

Пациент:		
Заказ:	Код пациента:	Дата регистрации:
Дата рождения:	Возраст:	Пол:
ЛПУ:	Код ЛПУ:	

ИНДЕКС ЗДОРОВЬЯ ПРОСТАТЫ (PHI). ОЦЕНКА ВЕРОЯТНОСТИ НАЛИЧИЯ РАКА ПРЕДСТАТЕЛЬНОЙ ЖЕЛЕЗЫ

Штрихкод:	Вн.№:	Материал: Кровь (сыворотка) аликвота
-----------	-------	--------------------------------------

Параметр	Результат	Референсные значения	Ед. изм.
PSA (специфический антиген простаты) общий	0.703	<3.100	нг/мл
PSA (специфический антиген простаты) свободный	0.195		нг/мл
PSA св / PSA общ * 100%	27.700	>15.000	%
-2proPSA	7.310		пг/мл

Индекс здоровья простаты (phi-индекс)	31.430	См. комментарии к Индексу здоровья простаты (phi-индекс)
---------------------------------------	--------	--

Комментарий к Индексу здоровья простаты (phi-индекс):
Хемилюминесцентный иммунный анализ с использованием парамагнитных частиц UniCell DxI 800, Beckman Coulter.
Использование результатов исследования Индекса здоровья простаты (phi-индекс) имеет валидированное (подтвержденное) диагностическое значение для мужчин старше 45 лет при уровне PSA общего в диапазоне 1.6-7.8 нг/мл (калибровка ВОЗ) и отрицательном результате пальцевого ректального исследования (ПРИ).
- При phi < 23 вероятность обнаружения рака простаты низкая 2.0-17.0%;
- При phi 23-45 вероятность обнаружения рака простаты средняя 17.1-24.1%;
- При phi > 45 вероятность обнаружения рака простаты высокая 35.8-52.2%.
Если уровень PSA общего ниже 1.6 нг/мл или более 7.8 нг/мл (калибровка ВОЗ), то полученный результат phi-индекса не имеет валидированного (подтвержденного) диагностического значения. Окончательное решение о дальнейшем обследовании и лечении принимается врачом-урологом на основании целостной информации о пациенте с учетом данных анамнеза, осмотра и результатов других лабораторных и инструментальных исследований.

Результат лабораторного исследования не является диагнозом.
Тактика обследования, лечения пациента, интерпретация результатов лабораторных исследований определяется лечащим врачом.

Качество исследований обеспечено сертифицированной системой менеджмента качества, соответствующей требованиям международных стандартов:
ГОСТ Р ИСО 9001-2015 (сертификат соответствия РОСС RU.13СКО3.01050, действителен до 30.05.2028 г.)
ISO 9001:2015 (сертификат соответствия № RU.QM075.00402, действителен до 30.05.2028 г.)
ГОСТ Р ИСО 15189-2024 (ISO 15189:2022) (сертификат № РОСС RU.32101.04ЖЗА1.288, действителен до 19.08.2027 г.)
ГОСТ 33044-2014 / OECD Guide 1:1998 (сертификат № РОСС RU.32101.04ЖЗА1.247, действителен до 19.08.2027 г.)

ИТОГОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ

Дата готовности результата:
Дата печати результата:

Результат выдал: _____
подпись